

## Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 na realizaci veřejné zakázky na dodávky zadávané v otevřeném řízení

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „ZZVZ“).

### Zadavatel:

Název zadavatele: Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.  
Sídlo zadavatele: Pražská 206/95, 418 01 Bílina  
IČ: 61325422  
osoba oprávněná jednat: MUDr. Petr Reichert, jednatel  
adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>

## Dodávka a instalace 22 ks aktivních hybridních matrací na lůžková oddělení Hornické nemocnice s poliklinikou, Bílina

### 1. Identifikační údaje zadavatele

Název: Hornická nemocnice s poliklinikou spol. s r.o.  
Sídlo: Pražská 206/95, 418 01 Bílina  
IČ: 61325422  
Jednající: MUDr. Petr Reichert, jednatel  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.bilina.cz/>  
Kontaktní osoba: Radek Bečvařík  
Tel.: +420 607 806 737  
E-mail: [becvarik@hns.p.cz](mailto:becvarik@hns.p.cz)

**Na základě tohoto vysvětlení zadavatel NEbude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.**

### Doplnění/Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

#### Dotaz č. 1 ze dne 18.9.2024

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „aktivní antidekubitní matrace musí mít rozměry odpovídající rozměrům ložné plochy lůžka tj. 85 x 210 cm bez tolerance“ resp. „aktivní antidekubitní matrace musí mít rozměry odpovídající rozměrům 198 x 88 x 16 cm bez tolerance“.  
Může uchazeč nabídnout hybridní matrace o standardních rozměrech 200 x 86 x 15 cm, které uvedeným parametrům ložné plochy a postranic lůžek zadavatele obvykle (i dle normy EN 60601-2-52) plně vyhovují?

#### Odpověď k dotazu č. 1

Ano, dodavatel může nabídnout hybridní matrace o rozměrech 200 x 86 x 15 cm.

**Dotaz č. 2 ze dne 18.9.2024**

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „aktivní antidekubitní matrace musí mít nosnost minimálně 240 kg“. Může uchazeč nabídnout hybridní matrace s nosností 230 kg, které uvedeným parametrům ložné plochy a bezpečné provozní zátěži (SWL) lůžek zadavatele obvykle (i dle normy EN 60601-2-52) plně vyhovují?

**Odpověď k dotazu č. 2**

Ano, dodavatel může nabídnout hybridní matrace s nosností 230 kg.

**Dotaz č. 3 ze dne 18.9.2024**

Zadavatel v technické specifikaci mj. požaduje „potah aktivní antidekubitní matrace musí být pratelný při teplotě minimálně +95 °C“.

Může uchazeč nabídnout hybridní matrace se standardní maximální doporučenou teplotou praní potahu do 75°C, kdy již při praní o teplotách 65°C po dobu 10-15 min nebo 71°C po dobu 3-10 min dochází ke zcela bezpečné dekontaminaci potahu?

*(pozn. při praní lze použít i teploty vyšší, ale na úkor životnosti potahu)*

**Odpověď k dotazu č. 3**

Ano, dodavatel může nabídnout hybridní matrace se standardní maximální doporučenou teplotou praní potahu do 75°C.

**Dotaz č. 4 ze dne 18.9.2024**

Zadavatel v rámci kvalifikace požaduje „Účastník předloží kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání: „Nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků“.

**Odpověď k dotazu č. 4**

Zadavatel upravuje požadavek na splnění kvalifikace a to následovně:

***„Účastník předloží kopii oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména příslušné živnostenské oprávnění či licenci s předmětem podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a dále doklad prokazující registraci u SÚKL.***

Přílohou této informace je aktualizovaná příloha ZD č. 2 – Splnění minimálních technických podmínek.

V Bílině dne 18.9.2024

Radek Bečvařík  
technický náměstek